



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.02.000.М.001628.12.22 ОТ 19.12.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, согласно приложению.

ООО "АнтенМед"; Московская область, г. Мытищи, ул. Лётная, стр. 19, помещ. 433.1 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "АнтенМед"; Московская область, г. Мытищи, ул. Лётная, стр. 19, помещ. 433.1 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009). СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)". СанПин 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований". СанПин 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения №50.99.02.000.М.001099.02.20 от 17.02.2020г., выданного Управлением Роспотребнадзора по Московской области. Экспертное заключение №13-Э/1900 от 02.12.2022 года ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области". Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до 19.12.2027 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Ф. О.М. Микаилова

№ 3429314



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.02.000.М.001628.12.22 от 19.12.2022 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения ООО "АнтенМед"; Московская область, г. Мытищи, ул. Лётная, стр. 19. помещ. 433.1


Условия работы с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) - размещение, техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).

ООО "АнтенМед" на основании договора аренды помещения с АО "Региондевелопмент" размещается в нежилом помещении №433.1 (площадью - 31,8 кв. м.) на четвертом этаже нежилого здания.

Вид ИИИ - медицинские рентгеновские аппараты.

Вид и характер работ:

- размещение аппаратов рентгеновских медицинских согласно проектной документации в помещениях организаций-заказчиков;
- техническое обслуживание медицинских рентгеновских аппаратов на месте их эксплуатации в помещениях организаций-заказчиков.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



О.М. Микаилова
Ф.И.О., подпись, печать

